



# Annexe Technique

## Température Humidité

Prestations accréditées COFRAC\*\*

Référence normative	Moyens de mesure	Etendue de mesure ou capacité	Meilleure incertitude*
BIPM EIT90	Thermomètre Enregistreur T°	Jusqu'à 1200 °C	Par simulation électrique +/- 0,4 °C
FDX 07-208	Chaîne de mesure température (Appareil + sonde)	- 30 °C à 1200 °C	(Air) -30 ° à 200 °C +/- 0,6 °C (Air) 200 à 1200 °C +/- 2,5.10-3T (Immersion) +/- 0,35 °C
	Chaîne de mesure température (Appareil + sonde)	- 20 °C à 180 °C	-20 à 180 °C +/-0,15
NFX15110	Thermo-hygromètre	5 à 40 °C	+/- 0,6 °C 1,8%
	Thermo-hygrographe	2 à 98%	
NFX 15-140 MO	Caractérisation Etuve Enceinte climatique Bain, Four	T° - 30 ° à + 1200 °C HR 2 à 98%	(Air) -30 ° à 200 °C +/- 0,6 °C et 200 à 1200 °C +/- 2,5.10-3 T