



Annexe Technique

pH-conductivité

Référence normative	Moyens de mesure	Etendue de mesure ou capacité	Meilleure incertitude*
OIML R54	pHmètre	1 à 14 pH	+/- 0,05
OIML R68	Conductivité	84 à 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	+/- 1,8%