

Raccordement SI.

Équipement		Norme	Caractéristiques et/ou Étendue	Meilleure incertitude*	Type/Prestation
Débitlire à flotteur		MO-5002	0 à 100 ml/min Azote Argon	+/- 4% + q/4	SI Labo
Débitmètre gaz massique thermique		MO-5002	0 à 100 ml/min Azote Argon	+/- 4% + q	SI Labo

q = résolution ou graduation minimale