


### Raccordement SI.

Équipement		Norme	Caractéristiques et/ou Étendue	Meilleure incertitude*	Type/Prestation
pHmètre		OIML R54	1 à 14 pH	+/- 0,05	SI Labo
Conductivité		OIML R68	84 à 1413 µS/cm	+/- 1,8%	SI Labo
Réfractomètre		SELON DOMAINE D'APPLICATION	0 à 15 % brix	+/- 1,8%	SI Labo